

APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas
2017. gada 17.novembra sēdē
(protokols Nr.1)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Dz.Mozgis

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
Slimību profilakses un kontroles centra organizētā iepirkuma
“Medicīnas iekārtu iegāde mobilajiem zobārstniecības kabinetiem”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/26)
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

1. Pasūtītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs, reģ. Nr. 90009756700, Dunties iela 22, Rīga, LV-1005, tālrunis 67501590, fakss 67501591.
2. Iepirkuma priekšmets un CPV kods: medicīnas iekārtu iegāde mobilajiem zobārstniecības kabinetiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), CPV kods: 33000000-0.
3. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika.
4. Kontaktpersona: Juridiskā atbalsta un iepirkumu nodaļas vecākais juriskonsults Jānis Jakobovičs, tālr.: 67387674, e-pasts: janis.jakobovics@spkc.gov.lv.
5. Informācijas sniegšana: visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami iepirkuma instrukcijas (turpmāk – Instrukcija) 4.punktā minētajai kontaktpersonai savlaicīgi (ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām).
6. Piedāvājuma iesniegšana:
 - 6.1. piedāvājumu iesniegšanas vieta – Slimību profilakses un kontroles centrs, Dunties iela 22, Rīga, LV-1005, 208. kabinets (direktora birojs);
 - 6.2. piedāvājumu iesniegšanas laiks – līdz 2017. gada 28.novembra, plkst.10:00;
 - 6.3. piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu slēgtā, ar uzņēmuma zīmogu apzīmogatā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā, uz tās norādot:
 - 6.3.1. pretendenta nosaukumu, adresi, kontaktāruni;
 - 6.3.2. norādi, kas satur iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru;
 - 6.3.3. norādi „Neatvērt līdz 2017. gada 28.novembra, plkst. 10:00”.
 - 6.4. pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros ar norādi „ORIGINĀLS” un „KOPIJA”;
 - 6.5. pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents savu piedāvājumu nevar mainīt, grozīt, papildināt vai labot;
 - 6.6. visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz pretendents;
 - 6.7. piedāvājumi, kas iesniegti pēc Instrukcijas 6.2. apakšpunktā norādītā termiņa, netiks vērtēti.
7. Piedāvājuma noformēšana:
 - 7.1. piedāvājumam jāatbilst Instrukcijai un tās pielikumiem;
 - 7.2. piedāvājums jāiesniedz atbilstoši pielikumos pievienotajām formām;
 - 7.3. piedāvājuma dokumenti jāiesniedz latviešu valodā. Piedāvājumam jābūt caurauklotām (caurauklotām) vienā sējumā un piedāvājuma lapām jābūt secīgi sanumurētām. Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures caurauklošanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz tā norādāms caurauklotu lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis;
 - 7.4. piedāvājumu paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija;
 - 7.5. piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir

svešvalodā, tad pretendents pievieno apliecinātu šī dokumenta tulkojumu latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

- 7.6. piedāvājuma dokumentiem ir jābūt noformētiem atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Dokumentu juridiskā spēka likumam.
8. Iepirkuma priekšmets: medicīnas iekārtu iegāde mobilajiem zobārstniecības kabinetiem. Iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās, pretendents piedāvājums jāiesniedz par pilnu apjomu saskaņā ar Instrukcijas 1.pielikuma formu.
9. Kvalifikācijas prasības pretendents:
 - 9.1. pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 - 9.2. pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 2 (divas) medicīnas iekārtu piegādes piedāvātās līgumcenas apjomā;
 - 9.3. pretendenta piedāvātās iekārtas atbilst Eiropas Padomes Direktīvai 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm;
 - 9.4. pretendents nodrošina iekārtas garantiju ne īsāku kā 24 mēneši;
10. Prasības pretendents un iesniedzamie dokumenti. Pretendentam jāiesniedz:
 - 10.1. pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Instrukcijas 2.pielikuma formai;
 - 10.2. iepirkumu komisija par Instrukcijas 9.1. punktu veiks pārbaudi Uzņēmumu reģistra datubāzē. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām;
 - 10.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegta izziņas kopija vai izdruka no Lursoft datu bāzes vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošās iestādes citā valstī izsniegta izziņas kopija par amatpersonu ar paraksta tiesībām uzskaitījumu, kas izsniegta vai izdrukāta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas;
 - 10.4. pretendenta pieredzes apraksts atbilstoši 3.pielikuma formai, ar ko pretendents apliecina, atbilstību Iepirkuma instrukcijas 9.2.punktam;
 - 10.5. vismaz 2 (divas) atsauksmes no 3.pielikuma formā minētajiem pasūtītājiem, kas saņemtas pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) un apliecina, ka pretendents ir veicis medicīnas iekārtu piegādes;
 - 10.6. EK atbilstības deklarācijas (*CE Declaration of Conformity*) kopija, t.sk., CE sertifikātu kopija, kas apliecina, ka piedāvātajām iekārtām ir atbilstošs CE marķējums;
 - 10.7. dokumentu (-us) vai to apliecinātu (-as) kopiju (-as), kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt un veikt servisu piedāvātajai iekārtai Latvijā un Eiropas Savienības teritorijā, t.i., ražotāja autorizēts. Iesniegtajiem dokumentiem nepārprotami ir jāapliecina sasaiste ar ražotāju, neatkarīgi no ķēdes posmu skaita, kas tiek izieti, līdz iekārta nonāk līdz pēdējam pārdevējam (šajā gadījumā – pretendents), tādējādi radot Pasūtītājam pārlicību, ka tā ir konkrētā ražotāja iekārta;
 - 10.8. informatīvie materiāli par pretendents piedāvāto iekārtu, kas ļauj pārlicināties par atbilstību tehniskajai specifikācijai (piemēram, ražotāja katalogi, bukleti). Tie var būt svešvalodā, tie nav jāiesniedz piedāvājumā un nav jācaurauklo;

- 10.9. pretendenta iesniegums, kurā norāda, vai pretendenta un tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz 10 miljonus euro; vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).
11. Tehniskais un finanšu piedāvājums: piedāvājumu sagatavo un iesniedz saskaņā ar Tehniskā un finanšu piedāvājuma formu (1. pielikums). Cenas jānorāda *euro* bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
12. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz katra piegādātāju apvienības dalībnieka parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kurš apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka pilnvarojumu vienam no dalībniekiem pretendenta vārdā iesniegt piedāvājumu un apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, un slēgt līgumu gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu;
13. Pretendents iesniedz visu to apakšuzņēmēju sarakstu, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu, kā arī iesniedz attiecīgā apakšuzņēmēja apliecinājumu par piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē.
14. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana. Iepirkuma komisija:
 - 14.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Instrukcijā pretendentiem norādītajām piedāvājumu noformējuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;
 - 14.2. pārbaudīs pretendenta atbilstību Instrukcijā pretendentiem noteiktajām atlases prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām atlases prasībām, komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;
 - 14.3. pārbaudīs Tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību Tehniskā un finanšu piedāvājuma formai. Pretendenti, kuru piedāvājums neatbilst Tehniskā un finanšu piedāvājuma formas prasībām, tiks izslēgti no turpmākās dalības iepirkumā. Pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas;
 - 14.4. no visiem prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu;
 - 14.5. pārbauda Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. pantā astotajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esamību PIL 9.panta noteiktajā kārtībā attiecībā uz pretendentu, uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst instrukcijā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības. Ja pasūtītājs informāciju par pretendentu, kas ir par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības Iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai;
 - 14.6. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.

15. Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu: iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja ir objektīvs pamatojums.
16. Līguma slēgšana un tā darbības termiņš:
 - 16.1. iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata;
 - 16.2. piegādes termiņš: 30 dienas no līguma noslēgšanas dienas;
 - 16.3. samaksa un termiņš: 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas;
 - 16.4. plānotā līgumcena: līdz 41 999,00 *euro* bez PVN;
 - 16.5. piegādātājs maksā līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu;
 - 16.6. pretendents, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, paraksta iepirkuma līgumu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. Ja pretendents neparaksta iepirkuma līgumu noteiktajā termiņā pretendenta vainas dēļ, pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu;
 - 16.7. ja pretendents, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās noslēgt līgumu, iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums atbilst visām iepirkuma prasībām un ir ar nākošo zemāko cenu.

Pielikumi:

- 1.pielikums** – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma uz 3 lapām;
- 2.pielikums** – Pretendenta pieteikuma forma dalībai iepirkumā uz 1 lapas;
- 3.pielikums** – Pretendenta pieredzes apraksta forma uz 1 lapas;

iepirkuma
„Medicīnas iekārtu iegāde mobilajiem zobārstniecības kabinetiem”
 (iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/26)
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	
Medicīnas iekārtas mobilajiem zobārstniecības kabinetiem	2
Cena bez PVN	
Zobārstniecības iekārta	2
Cena bez PVN kopā ar uzgaļiem:	
Katrā zobārstniecības iekārtas komplektā ietilpst:	
<u>Ārsta vadības bloks:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ārsta instrumentu galdiņš ar 4 augšējiem instrumentu pievadiem un iespēju pievienot ne mazāk kā 5 instrumentus, ▪ Ārsta instrumentu galdiņš stiprināts uz pantogrāfa pleca ar mehānisku tā fiksāciju izvēlētajā pozīcijā, ▪ Ārsta instrumentu galdiņa pantogrāfa plecs stiprinās pie pacienta krēsla apakšdaļas ar mehānismu, kurš ļauj pagriezt ārsta galdiņu ap pacienta krēslu par 185°, ārstiem, kuri strādā ar kreiso roku, ▪ Paceļot vai nolaižot pacienta krēslu, ārsta galdiņš kustās līdz krēslam, ▪ Noņemams, mazgājams un autoklavējams silikona paliktnis instrumentiem, ▪ Grozāms medikamentu galdiņš zem ārsta instrumentu paneļa ar noņemamu nerūsējošā tērauda šāļīti, ▪ Ūdens gaisa pistoles pievads ar sildītāju un 6 – funkciju pistoli (pūsteri) ar nerūsējošā tērauda korpusu, ▪ Skēlera pievads ultraskaņas skēlerim, ▪ Elektriskā mikromotora pievads ar gaismu, ▪ Turbīnas pievads ar gaismu un standarta Midwest savienojumu, ▪ Anti-retrācijas sistēma instrumentiem, ▪ Automātiska instrumentu izpūšana pēc tā apturēšanas, ▪ Paceltā instrumenta “atpazīšanas” sistēma, ▪ Automātiska iekārtas funkciju bloķēšana pie strādājoša instrumenta, ▪ Ātrs (ar vītņi) instrumentu pievadu savienojums ar ārsta galdiņu, 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ārsta vadības panelis ar krāsainu displeju un kombinēto (sensoru un touch – screen) vadību SMART TOUCH SCREEN, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iespēja ārsta vadības panelī ar ātro savienojumu pievienot ārsta instrumentu galdaļa labajā vai kreisajā pusē, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ USB ports, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ārsta vadības paneļa funkcijas: 	
<ul style="list-style-type: none"> - Pacienta krēsla vadība; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Pacienta krēsla programmēšana līdz 8 programmām; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Automātiska pacienta krēsla atgriešana “0” pozīcijā; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Taustiņš, ar kuru pacienta krēsls automātiski ieņem Trendelenburga stāvokli; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Pacienta krēsla stāvokļu un instrumentu programmēšana un saglabāšana atmiņā vismaz diviem ārstiem; 	
<ul style="list-style-type: none"> - “Ātrie” taustiņi ieprogrammēto funkciju aktivizēšanai; 	
<ul style="list-style-type: none"> - 2 režīmu mikromotora vadība: terapija un endodontija; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Autoreverss mikromotoram (ieslēgt/izslēgt); 	
<ul style="list-style-type: none"> - Gaismas (fibrooptikas) ieslēgšana/izslēgšana un spilftuma regulācija instrumentiem; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Operācijas lampas ieslēgšana/izslēgšana; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Paceltā instrumenta indikācija; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Paceltā instrumentu apgriezīnu regulācija; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Paceltā instrumenta jaudas regulācija; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Glāzes uzpilde ar regulējamu un programmējamu ūdens daudzuma dozatoru; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Spļautuves skalošana ar regulējamu un programmējamu skalojamā ūdens daudzuma dozatoru; 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ārsta galdaņš ar dzesējamā ūdens regulatoru katram instrumentam. 	
<p><u>Hidrobloks:</u></p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidrobloks stiprināms pie pacienta krēsla ar mehānismu, kurš ļauj hidrobloku adaptēt krēsla labajā vai kreisajā pusē, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grozāma, noņemama, mazgājama un autoklavējama keramiska spļautuve, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Destilētā ūdens padeves sistēma uz instrumentiem, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Separators DURR CS1, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siekalu atsūcēja pievads ar gaisa plūsmas regulatoru un filtru, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Putekļu atsūcēja pievads ar gaisa plūsmas regulatoru un filtru, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Automātiska siekalu un putekļu atsūcēja ieslēgšanās vai izslēgšanās tos paceļot vai noliekot. 	
<p><u>Asistenta vadības bloks:</u></p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asistenta instrumentu galdaņš stiprināts pie hidrobloka ar pantogrāfa plecu, grozāms, regulējams augstumā, 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asistenta vadības panelis ar sensoru vadības pogām un funkcijām: 	
<ul style="list-style-type: none"> - Operācijas lampas ieslēgšana/izslēgšana; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Glāzes uzpildes ieslēgšana; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Spļautuves skalošanas ieslēgšana; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Pacienta krēsla vadība; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Automātiska pacienta krēsla atgriešana “0” pozīcijā; 	
<ul style="list-style-type: none"> - Pacienta krēsla stāvokļa “skalošana” aktivizēšana. 	
<p><u>Pacienta krēsls:</u></p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Krēsla apšuvuma krāsa pēc pasūtītāja izvēles, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Šaurs muguras balsts, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kājgaļa caurspīdīga, noņemama aizsargplēve, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sinhrona muguras balsta un sēžamās daļas kustība, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Automātiska krēsla un muguras balsta avārijas apstāšanās saskaroties ar šķērsli, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Krēsla kustības avārijas apturēšana ar kājas slēdzi, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mehāniski regulējams un fiksējams galvas balsts ar funkciju pacientu ārstēšanai ratiņkrēslā, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Krēsls viegli pagriežams attiecībā pret centru par 30° pa labi vai 30° pa kreisi, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Krēsla labajā un kreisajā pusē integrēts krēsla vadības panelis ar: <ul style="list-style-type: none"> - Pogām krēsla kustībai uz augšu un leju; - Pogām muguras balsta kustībai uz augšu un leju; - Poga krēsla stāvoklim “skalošana” aktivizēšanai; - Poga krēsla atgriešanai “0” pozīcijā; - Iespēja programmēt krēsla stāvokļa pozīcijas; 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Krēsla zemākā pozīcija zemāk par 40 cm, augstākā – vismaz 80 cm, 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Krēsla celtspēja ne mazāk kā 120 kg. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Speciāla metāla stabilizācijas plāksne zem pacienta krēsla, kura paredzēta iekārtas stabilitātes un izlīmeņošanas nodrošināšanai uz nelīdzena un nepietiekamas stiprības grīdas seguma. 	
<p><u>Kājas vadības pedālis:</u></p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standarta vadības pedālis ar sviru (džoištiķi) un pamata funkcijām: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrumentu vadība un ātruma regulācija; ▪ Instrumentu “izpūšanas” funkcija; ▪ Pacienta krēsla vadība. 	
<p><u>Operācijas lampa:</u></p>	

▪ Diožu (LED) operācijas lampa ne mazāk kā 25`000 Lux,	
▪ Lampas ieslēgšana no 3 pozīcijām – ārsta vadības panelis, asistenta pults un no pašas lampas,	
▪ Gaismas spilgtuma regulēšana,	
▪ Noņemami un autoklavējami rokturi.	
<u>Ārsta krēsls:</u>	
▪ Manuāli regulējama atzveltne,	
▪ Pamatne ar ne mazāk kā 5 riteņiem,	
▪ Krēsla augstuma regulācija.	
<u>Asistenta krēsls:</u>	
▪ Manuāli regulējama atzveltne,	
▪ Pamatne ar ne mazāk kā 5 riteņiem,	
▪ Krēsla augstuma regulācija.	
<u>Garantijas laiks iekārtai:</u>	
▪ Ne mazāk par 24 mēnešiem.	
<u>Mikromotors:</u>	
▪ Elektriskais mikromotors,	
▪ Bezoglišu,	
▪ Ar LED gaismu,	
▪ Apgriezienu regulācija no 100 – 40`000 apgr./min.,	
▪ Griezes moments ne mazāk kā 4.0 Ncm,	
▪ Iekšējā ūdens padeve,	
▪ Reverss,	
▪ Korpus ar titāna pārklājumu,	
▪ Autoklavējams,	
▪ Garantija ne mazāka par 24 mēneši.	
<u>Ātrais turbīnas savienojums:</u>	
▪ Midwest savienojums ar iekārtas pievadu,	
▪ Ar LED gaismu,	
▪ Savienojams ar piedāvājumā norādītajiem turbīnas uzgaļiem,	
▪ Garantija ne mazāk par 12 mēnešiem.	
<u>Turbīnas uzgali:</u>	3

▪ Savienojams ar piedāvājumā norādīto ātro savienojumu,	
▪ Ar gaismu,	
▪ Krāsas atveides indekss (CRI) ne mazāks par 90 pie 5`500 K,	
▪ Urbuļu fiksācija ar pogu,	
▪ Ne mazāk par 3 punktu urbuļa dzesēšanu,	
▪ Jauda ne mazāka par 19 W,	
▪ Max apgriezieni ne mazāk par 300`000 apgr./min.,	
▪ Autoklavējama,	
▪ Garantija ne mazāka par 24 mēnešiem.	
<u>Lenka uzgali:</u>	3
▪ Savienojams ar piedāvājumā norādīto mikromotoru,	
▪ Ar gaismu,	
▪ Iekšējā ūdens padeve urbuļa dzesēšanai,	
▪ Viena punkta dzesēšana,	
▪ Urbuļu fiksācija ar pogu,	
▪ Maināma, izņemama galviņa,	
▪ Redukcija 1 : 1,	
▪ Autoklavējams,	
▪ Garantija ne mazāka par 24 mēnešiem.	
<u>Skēlera uzgalis:</u>	
▪ Savienojams ar piedāvājumā norādīto iekārtas skēlera pievadu,	
▪ Ultraskaņas pjezoelektriskais skēleris,	
▪ Skēlera jaudas un darba režīmu vadība no ārsta instrumentu vadības paneļa,	
▪ Ne mazāk par 3 darba režīmiem: higiēna, periodontoloģija, endodontija,	
▪ Komplektā vismaz 4 skēlera uzgalīši,	
▪ Komplektā dinamometriskā atslēga uzgalīšu pareizai pieskrūvēšanai,	
▪ Autoklavējams,	
▪ Garantija ne mazāka par 24 mēnešiem.	
“B” KLASES AUTOKLĀVS	2
Cena bez PVN:	KOPĀ:
▪ Sterilizācijas kameras tilpums 17 litri,	

▪ Sterilizācijas kamera lieta no nerūsējošā tērauda,	
▪ Automātiska sterilizācijas kameras durvju aizvēršanās,	
▪ Automātiska sterilizācijas kameras durvju atvēršanās pēc sterilizācijas cikla beigām,	
▪ LCD displejs autoklāva funkciju vadībai,	
▪ USB ports sterilizācijas ciklu ierakstīšanai,	
▪ Ports printera pieslēgumam,	
▪ Bakteriocīdais filtrs,	
▪ Putekļu filtrs,	
▪ Max kameras noslogotība ne mazāka par 5 kg,	
▪ 121°C un 134°C sterilizācijas programmas,	
▪ Iepakotu un neiekotu instrumentu sterilizācijas programmas,	
▪ PRION sterilizācijas programma,	
▪ Vakuuma tests,	
▪ Helix tests,	
▪ B&D tests,	
▪ Iespēja programmēt individuālu sterilizācijas programmu,	
▪ Ne mazāk par 3 speciālām šālītēm,	
▪ Šālīšu turētājs,	
▪ Rokturis šālīšu izņemšanai no kameras,	
▪ Destilētā un izlietotā ūdens indikators,	
▪ Garantija ne mazāka par 24 mēnešiem.	
“B” KLASĒS UZGAĻU AUTOKLĀVS	2
Cena bez PVN:	KOPĀ:
▪ Sterilizācijas kameras tilpums ne mazāks par 1 litru un ne lielāks par 1,5 litriem,	
▪ LED displejs,	
▪ Instrumentu grozs uzgaļiem,	
▪ Perforēta, speciāla, maza izmēra šālīte maziem instrumentiem (skēlera uzgaļi, uzgaļu galviņas, u.c.),	
▪ Divas sterilizācijas programmas – 121°C un 134°C,	
▪ Max sterilizācijas laiks 8 min.,	
▪ Automātiska tvaika ģenerators tīrīšana,	

▪ Automātiska destilētā ūdens kvalitātes noteikšana,		
▪ Iebūvēta destilētā ūdens tvertne,		
▪ Garantijas laiks ne mazāks par 24 mēnešiem.		
GAISMAS POLIMERIZĀCIJAS LAMPA		2
Cena bez PVN:		KOPĀ:
▪ Bezvadu ar Li Ion bateriju,		
▪ Metālisks korpuss,		
▪ Ne smagāka par 120 g,		
▪ Gaismas avots – LED diode,		
▪ Gaismas intensitāte ne mazāka par 1`000 mW/cm ³ ,		
▪ Polimerizācijas laiki: 10 / 20 / 30 sek.,		
▪ Pilnas uzlādes laiks ne ilgāk kā 6 h,		
▪ Nepārtrauktas darbības laiks ar pilnībā uzlādētu bateriju ne mazāk kā 3 h,		
▪ Skaņas signāls katras 10 sek.,		
▪ Aizsargstikls gaismas vadam,		
▪ Beterijas lādētājs,		
▪ Lampas turētājs,		
▪ Garantija ne mazāk par 24 mēnešiem.		

Datums

Pretendenta paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

2.pielikums

iepirkumam
„Medicīnas iekārtu iegāde mobilajiem zobārstniecības kabinetiem”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/26)

Pretendenta pieteikums

Informācija par pretendentu

Pretendenta nosaukums: _____
Reģistrācijas numurs un datums: _____
Juridiskā adrese: _____
Pasta adrese: _____
Tālrunis: _____ Fakss: _____
E-pasta adrese: _____

Finanšu rekvizīti

Bankas nosaukums: _____
Bankas kods: _____
Konta numurs: _____

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)

Vārds, uzvārds: _____
Ieņemamais amats: _____
Tālrunis: _____ Fakss: _____
E-pasta adrese: _____

Datums

	Pretendenta paraksts:
	Vārds, uzvārds:
	Amats:

iepirkuma
„ Medicīnas iekārtu iegāde mobilajiem zobārstniecības kabinetiem”
 (iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/26)

PRETENDENTA PIEREDZE (FORMA)

Nr.p.k.	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruna numurs	Piegādātais iekārta	Līguma summa, <i>euro bez PVN</i>	Līguma izpildes periods (no – līdz) (mm/gggg)
1.				
2.				
3.				

**Lai nepārkāptu komercnoslēpumus par privātiem uzņēmumiem, norādīt to nosaukumus, vai plašāku informāciju iespēju robežās.*

Datums

³ Pretendenta paraksts:	
Vārds, uzvārds:	
Amats:	

³ Formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara